

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное частное унитарное предприятие "АДАНИ", зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100054851,

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Минская обл., 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7,

номер телефона: +375173490000, адрес электронной почты: info@adani.by

в лице заместителя генерального директора по техническому развитию Сосенко Константина Викторовича (Доверенность № 43/17 от 08.09.2017)

заявляет, что Аппарат рентгеновский маммографический «МАММОСКАН», изготавливаемый по ТУ ВУ 100054851.045-2008 «Аппарат рентгеновский маммографический «МАММОСКАН»», изготовитель: Научно-производственное частное унитарное предприятие «АДАНИ»,

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7,

Код ТН ВЭД ТС: 9022 14 000 0, серийный выпуск,

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании: протокол испытаний № 43-18/0032-1-2018 от 12.01.2018, выданный Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, протокол испытаний № 45-18/0032-3-2018 от 30.01.2018, выданный Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025; сертификат системы менеджмента качества № PL18/0655 от 17.01.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, аттестат аккредитации № 140, сертификат системы менеджмента качества № PL02/56837.00 от 02.02.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, аттестат аккредитации № 140.
Схема декларирования соответствия – 6Д.

Дополнительная информация:

СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний», СТБ EN 55011-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений».

Аппарат должен храниться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и максимальной относительной влажности воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С. Полный средний срок службы аппарата должен быть не менее 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не позднее 6 месяцев со дня поступления аппарата потребителю.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.02.2023 включительно.

(подпись)

Сосенко Константин Викторович
М.П. _____
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР020 000 02410

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.03.2018