

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное частное унитарное предприятие "АДАНИ", зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100054851, место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Минская обл., 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7, номер телефона: +375173490000, адрес электронной почты: info@adani.by **в лице** заместителя генерального директора по управлению качеством Щуревич Натальи Михайловны (Доверенность № 89/19 от 02.10.2019) **заявляет, что** Кабинеты рентгенодиагностические передвижные, модельный ряд: «Пульмоэкспресс – 011», «Пульмоэкспресс-081», «Маммоэкспресс», «Скринэкспресс», изготовитель: Научно-производственное частное унитарное предприятие «АДАНИ», место нахождения (адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7, изготавливаемый в соответствии с ТУ РБ 14527917.041-99 «Кабинеты рентгенодиагностические передвижные и комплексы мобильные медицинские» код ТН ВЭД ЕАЭС: 8705 90 900 1, 9022 14 000 0, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 43-05/38259-2014 от 16.12.2014, № 45-05/36251-2014 от 07.07.2014, №45-05/31826-2013 от 06.06.2013, № 45-05/31827-2013 от 06.06.2013, № 43-05/31645-2013 от 20.05.2013, выданных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025; сертификат системы менеджмента качества № PL18/0655 от 17.01.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, аттестат аккредитации № 140. Схема декларирования соответствия - 1Д

Дополнительная информация:

СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний», СТБ EN 55011-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений».

Условия хранения кабинетов в соответствии с руководством по эксплуатации. Средний срок службы кабинетов должен составлять не менее 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.01.2025 включительно.



Щуревич Наталья Михайловна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 000 08467

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2020