

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Научно-производственное частное унитарное предприятие "АДАНИ",  
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100054851,  
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Минская обл., 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7,

номер телефона: +375173490000, адрес электронной почты: info@adani.by

**в лице** заместителя генерального директора по управлению качеством Щуревич Натальи Михайловны (Доверенность № 80/18 от 01.10.2018)

**заявляет, что** Аппараты рентгенодиагностические «ПУЛЬМОСКАН», модельный ряд: ПУЛЬМОСКАН АДН26.00.00.000-083 (ПУЛЬМОСКАН-П), ПУЛЬМОСКАН АДН26.00.00.000-084 (ПУЛЬМОСКАН-С), ПУЛЬМОСКАН АДН26.00.00.000-085 (ПУЛЬМОСКАН-К),

изготовитель: Научно-производственное частное унитарное предприятие «АДАНИ»,  
место нахождения (адрес юридического лица) - Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7,

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022 14 000 0, серийный выпуск

**соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**Декларация о соответствии принята на основании:** протокол испытаний № 45-18/0102-1-2018 от 30.03.2018, выданный Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025; акт о распространении результатов испытаний от 01.02.2019, декларация идентичности от 05.02.2019, сертификат системы менеджмента качества № PL18/0655 от 17.01.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, аттестат аккредитации № 140; сертификат системы менеджмента качества № PL02/56837.00 от 02.02.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, аттестат аккредитации № 140; сертификат соответствия CE № PL02/56836.00 от 12.07.2018, выданный SGS United Kingdom Ltd., Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.  
Схема декларирования соответствия - 1Д

### Дополнительная информация:

СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний»,  
СТБ EN 55011-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений».

Аппараты должны храниться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C.  
Срок службы аппаратов должен составлять не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации аппаратов – 18 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не позднее 6 месяцев со дня поступления аппаратов потребителю.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.02.2024 включительно.**

  
(подпись)



Щуревич Наталья Михайловна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 000 04593

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2019